CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR20624 FAB. 06/24 VAL. 06/25

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3314AMC	**-**	-	**24,0**	18-24	**-**	-	**20,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	**-**	-	**21,0**	15-22	**-**	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3335CFE	**-**	-	**20,0**	15-21	**-**	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3356CPM	**-**	-	**35,5**	31-37	**30,5**	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	**-**	-	**28,5**	23-29	**25,0**	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3327CRX	**-**	-	**25,0**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	**26,0**	21-27	**36,0**	29-37	**32,0**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	3331FOS	**-**	-	**30,0**	26-34	**-**	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	**24,0**	19-25	**24,0**	19-26	**22,5**	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3321NITE	**20,0**	17-23	**23,0**	17-23	**-**	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	**23,5**	18-24	**34,0**	28-35	**-**	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	**30,0**	26-32	**28,5**	23-29	**-**	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 26 de junho de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001