


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMECLSI10124 FAB. 01/24 VAL. 01/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3255NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3265AMI	25,0	20-26	24,5	19-26	26,0	18-26	-	-
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3269AMC	35,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3272AMP	35,0	27-35	20,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ30	3212CFZ	34,0	29-35	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3297CPM	28,0	23-29	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3235CRO	26,0	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3251CIP	29,0	22-30	37,0	29-38	33,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	27,0	19-27	25,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Nitrofurantoina	NIT 300	3219NIT	22,0	18-22	24,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3259NOR	27,0	17-28	34,0	28-35	28,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	32,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 13 de janeiro de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610