

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)****LOTE PGNDMEBR10323****FAB. 03/23****VAL. 03/24**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 3160AMI | 24,5 | 19-26 | 25,0 | 20-26 | - | - |
| Amoxicilina/ Ác clavulânico | AMC 30 (20/10) | 3163AMC | 24,0 | 18-24 | - | - | 20,5 | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 3149AMP | 20,0 | 15-22 | - | - | - | - |
| Aztreonam | ATM 30 | 3145ATM | 35,5 | 28-36 | 28,0 | 23-29 | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 3173CPM | 35,5 | 31-37 | 31,0 | 25-31 | - | - |
| Cefoxitina | CFO 30 | 3142CFO | 28,0 | 23-29 | - | - | - | - |
| Ceftazidima | CAZ 10 | 3148CAZE | 28,0 | 23-29 | 25,5 | 21-27 | - | - |
| Cefotaxima | CTX 05 | 3115CTXE | 30,0 | 25-31 | - | - | - | - |
| Ceftriaxona | CRO 30 | 3136CRO | 33,5 | 29-35 | - | - | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3166CIP | 37,0 | 29-37 | 32,0 | 25-33 | - | - |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 3139CLO | 25,0 | 21-27 | - | - | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 3155GEN | 24,5 | 19-26 | 22,5 | 17-23 | - | - |
| Meropenem | MPM 10 | 3167MPM | 33,0 | 28-35 | 33,0 | 27-33 | - | - |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 30/6 | 3159PITE | 27,0 | 21-27 | 27,0 | 23-29 | 26,5 | 21-27 |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3154SUT | 28,5 | 23-29 | - | - | - | - |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 08 de março de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001