


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMEBR10324 FAB. 03/24 VAL. 03/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3265AMI	24,0	19-26	26,0	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3269AMC	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3272AMP	20,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3283ATM	35,0	28-36	28,0	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3297CPM	36,0	31-37	30,5	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	28,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	29,0	23-29	26,0	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3261CTXE	31,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3317CRO	34,0	29-35	-	-	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3292CRX	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3293CIP	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3310GEN	25,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3307MPM	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3309PITE	27,0	21-27	27,5	23-29	26,5	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3296SUT	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba 14 de março de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610