

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMEBR10521 FAB. 05/21 VAL. 05/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2926AMI	25,0	19-26	25,0	18-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	2959AMC	23,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2940AMP	21,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2936ATM	35,0	28-36	28,5	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	2921CPM	35,5	31-37	29,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2922CFO	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2937CAZE	28,0	23-29	25,0	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	2863CTXE	29,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2915CRO	34,0	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2930CIP	36,0	29-37	31,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2923CLO	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	24,0	19-26	20,5	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2951MPM	35,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2955PITE	26,0	21-27	26,0	23-29	26,0	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2950SUT	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – OXÓID, lote 3162473 com validade em 15/10/2025.
- Referências BrCAST 2020.

Araçatuba, 26 de maio de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12991