

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)      LOTE PGNDMEBR10524      FAB. 05/24      VAL. 05/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3332AMI	<b>24,5</b>	19-26	<b>26,0</b>	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3314AMC	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	<b>21,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3283ATM	<b>35,0</b>	28-36	<b>28,0</b>	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3297CPM	<b>36,0</b>	31-37	<b>30,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	<b>27,5</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	<b>29,0</b>	23-29	<b>26,0</b>	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3261CTXE	<b>30,0</b>	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3317CRO	<b>34,0</b>	29-35	-	-	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3327CRX	<b>25,0</b>	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	<b>37,0</b>	29-37	<b>33,0</b>	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3310GEN	<b>25,0</b>	19-26	<b>23,0</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3307MPM	<b>34,0</b>	28-35	<b>33,0</b>	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3309PITE	<b>26,0</b>	21-27	<b>27,5</b>	23-29	<b>26,5</b>	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 10 de maio de 2024.

Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610