

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)      LOTE PGNDMEBR10526      FAB. 05/26      VAL. 05/27**

| Antibacteriano              | Código/<br>Potência µg | Lote<br>Sensidisc | Escherichia coli<br>ATCC 25922<br>(1) |                       | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>ATCC 27853 |                       | Escherichia coli<br>ATCC 35218<br>(2) |                       |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                             |                        |                   | Halo                                  | Halo/esperado<br>(mm) | Halo                                    | Halo/esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/esperado<br>(mm) |
| Amicacina                   | AMI 30                 | 3530AMI           | <b>25,0</b>                           | 19-26                 | <b>26,0</b>                             | 20-26                 | -                                     | -                     |
| Amoxicilina/ Ác clavulânico | AMC 30 (20/10)         | 3552AMC           | <b>23,0</b>                           | 18-24                 | -                                       | -                     | <b>19,0</b>                           | 17-22                 |
| Ampicilina                  | AMP 10                 | 3525AMP           | <b>19,5</b>                           | 15-22                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Aztreonam                   | ATM 30                 | 3501ATM           | <b>34,0</b>                           | 28-36                 | <b>29,0</b>                             | 23-29                 | -                                     | -                     |
| Cefepime                    | CPM 30                 | 3536CPM           | <b>36,0</b>                           | 31-37                 | <b>31,0</b>                             | 25-31                 | -                                     | -                     |
| Cefoxitina                  | CFO 30                 | 3550CFO           | <b>26,0</b>                           | 23-29                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Ceftazidima                 | CAZ 10                 | 3517CAZE          | <b>28,5</b>                           | 23-29                 | <b>25,5</b>                             | 21-27                 | -                                     | -                     |
| Cefotaxima                  | CTX 05                 | 3512CTXE          | <b>31,0</b>                           | 25-31                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Ceftriaxona                 | CRO 30                 | 3513CRO           | <b>34,0</b>                           | 29-35                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Cefuroxima                  | CRX 30                 | 3586CRX           | <b>24,5</b>                           | 20-26                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Ciprofloxacina              | CIP 05                 | 3584CIP           | <b>37,0</b>                           | 29-37                 | <b>31,0</b>                             | 25-33                 | -                                     | -                     |
| Gentamicina                 | GEN 10                 | 3557GEN           | <b>24,0</b>                           | 19-26                 | <b>23,0</b>                             | 17-23                 | -                                     | -                     |
| Meropenem                   | MPM 10                 | 3571MPM           | <b>35,0</b>                           | 28-35                 | <b>33,0</b>                             | 27-33                 | -                                     | -                     |
| Piperacilina/Tazobactam     | PIT 30/6               | 3593PITE          | <b>27,0</b>                           | 21-27                 | <b>29,0</b>                             | 23-29                 | <b>27,0</b>                           | 21-27                 |
| Sulfazotrim                 | SUT 25 (23,75/1,25)    | 3570SUT           | <b>29,0</b>                           | 23-29                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 14 de maio de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601