

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)      LOTE PGNDMEBR10623      FAB. 06/23      VAL. 06/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3214AMI	<b>24,0</b>	19-26	<b>26,0</b>	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3211AMC	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	<b>20,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3221ATM	<b>34,5</b>	28-36	<b>28,5</b>	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3173CPM	<b>37,0</b>	31-37	<b>31,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3177CFO	<b>28,0</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3208CAZE	<b>29,0</b>	23-29	<b>25,5</b>	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3185CTXE	<b>30,0</b>	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3136CRO	<b>34,0</b>	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	<b>37,0</b>	29-37	<b>32,0</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	<b>26,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	<b>24,5</b>	19-26	<b>23,0</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3216MPM	<b>35,0</b>	28-35	<b>32,0</b>	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3176PITE	<b>26,0</b>	21-27	<b>27,0</b>	23-29	<b>26,5</b>	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 15 de junho 2023.

Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610