

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 – DME

GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMEBR10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3585AMI	25,5	19-26	26,0	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	22,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	35,0	28-36	28,0	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	37,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,5	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3611CAZE	29,0	23-29	25,0	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3574CTXE	31,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	34,0	29-35	-	-	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3607CRX	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	36,5	29-37	32,5	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3593PITE	26,5	21-27	29,0	23-29	27,0	21-27
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	27,5	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 20 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444