

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 – DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMEBR10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3585AMI	25,0	19-26	25,5	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	24,0	18-24	-	-	19,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	21,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	35,5	28-36	27,0	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	35,5	31-37	30,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3611CAZE	29,0	23-29	24,0	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3574CTXE	31,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	33,5	29-35	-	-	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3625CRX	24,5	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	37,0	29-37	31,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	24,0	19-26	22,5	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3593PITE	27,0	21-27	28,0	23-29	26,5	21-27
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	26,0	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 19 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444