CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 – DME

GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMEBR11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3585AMI	**26,0**	19-26	**26,0**	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	**23,5**	18-24	**-**	-	**19,5**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	**21,0**	15-22	**-**	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	**35,0**	28-36	**27,5**	23-29	**-**	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	**35,5**	31-37	**30,5**	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3620CFO	**27,5**	23-29	**-**	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3611CAZE	**29,0**	23-29	**25,5**	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3574CTXE	**31,0**	25-31	**-**	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	**34,0**	29-35	**-**	-	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3625CRX	**24,5**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3624CIP	**37,0**	29-37	**32,0**	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	**25,0**	19-26	**23,0**	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	**35,0**	28-35	**33,0**	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3593PITE	**27,0**	21-27	**29,0**	23-29	**26,5**	21-27
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	**26,0**	23-29	**-**	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 16 de outubro de 2026.

Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444