CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMEBR11125 FAB. 11/25 VAL. 11/26

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3530AMI	**24,5**	19-26	**25,0**	20-26	-	-
Amoxicilina/ Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3489AMC	**24,0**	18-24	**-**	-	**20,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	**19,0**	15-22	**-**	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3501ATM	**34,5**	28-36	**27,5**	23-29	**-**	-
Cefepime	CPM 30	3471CPM	**36,0**	31-37	**30,0**	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	**26,5**	23-29	**-**	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3517CAZE	**28,0**	23-29	**24,5**	21-27	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3414CTXE	**30,0**	25-31	**-**	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3442CRO	**34,0**	29-35	**-**	-	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3514CRX	**25,5**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	**36,5**	29-37	**31,0**	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	**24,5**	19-26	**22,5**	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3522MPM	**35,0**	28-35	**33,0**	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3500PITE	**26,0**	21-27	**27,5**	23-29	**26,0**	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	**29,0**	23-29	**-**	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 06 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601