


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI10323 FAB. 03/23 VAL. 03/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3160AMI	24,0	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3163AMC	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3149AMP	20,5	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3145ATM	35,0	28-36	28,0	23-29	35,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3165CFZ	26,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	31CPM	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3142CFO	28,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3080CAZ	31,5	25-32	28,5	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3136CRO	34,0	29-35	21,5	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3166CIP	37,0	29-38	32,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	25,5	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3155GEN	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3167MPM	33,5	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3154SUT	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3128TET	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referência CLSI 2022.

Araçatuba, 13 de março de 2023.


Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001