

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI10521 FAB. 05/21 VAL. 05/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2926AMI	26,0	19-26	26,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2903AMC	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2940AMP	22,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2936ATM	35,0	28-36	29,0	23-29	35,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2941CFZ	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2921CPM	37,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2922CFO	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2911CAZ	32,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2915CRO	34,0	29-35	22,5	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2930CIP	37,0	29-38	33,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2923CLO	25,5	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	25,0	19-26	22,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2951MPM	35,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2950SUT	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2908TET	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Referência CLSI 2020.

Araçatuba, 06 de maio de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001