

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI10524 FAB. 05/24 VAL. 05/25**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 3332AMI | 24,0 | 19-26 | 26,0 | 20-26 | - | - |
| Amox./Ac.Clavulânico | AMC 30 (20/10) | 3314AMC | 24,0 | 18-24 | - | - | 20,5 | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 3336AMP | 20,5 | 15-22 | - | - | - | - |
| Aztreonam | ATM 30 | 3283ATM | 35,0 | 28-36 | 28,0 | 23-29 | 35,0 | 31-38 |
| Cefazolina | CFZ 30 | 3291CFZ | 26,0 | 21-27 | - | - | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 3297CPM | 36,0 | 31-37 | 30,0 | 25-31 | - | - |
| Cefoxitina | CFO 30 | 3303CFO | 27,5 | 23-29 | - | - | - | - |
| Ceftazidima | CAZ 30 | 3281CAZ | 30,0 | 25-32 | 28,0 | 22-29 | - | - |
| Ceftriaxona | CRO 30 | 3317CRO | 34,0 | 29-35 | 22,0 | 17-23 | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3333CIP | 37,0 | 29-38 | 32,0 | 25-33 | - | - |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 3234CLO | 25,5 | 21-27 | - | - | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 3310GEN | 24,0 | 19-26 | 23,0 | 17-23 | - | - |
| Meropenem | MPM 10 | 3307MPM | 34,0 | 28-35 | 33,0 | 27-33 | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3326SUT | 29,0 | 23-29 | - | - | - | - |
| Tetraciclina | TET 30 | 3271TET | 24,0 | 18-25 | - | - | - | - |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 17 de maio de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610