


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI10723 FAB. 07/23 VAL. 07/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3214AMI	25,0	19-26	25,5	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3211AMC	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	21,5	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3221ATM	34,5	28-36	28,0	23-29	35,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3165CFZ	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3225CPM	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3177CFO	27,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3192CAZ	31,0	25-32	27,5	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3136CRO	34,0	29-35	21,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	37,0	29-38	32,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	25,5	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	24,5	19-26	22,5	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3216MPM	33,0	28-35	32,5	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3187TET	24,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referência CLSI 2023.

Araçatuba, 31 de julho de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610