

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)      LOTE PGNDMECLSI10824      FAB. 08/24      VAL. 08/25**

| Antibacteriano       | Código/<br>Potência µg | Lote<br>Sensidisc | Escherichia coli<br>ATCC 25922<br>(1) |                       | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>ATCC 27853 |                       | Escherichia coli<br>ATCC 35218<br>(2) |                       |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                      |                        |                   | Halo                                  | Halo/esperado<br>(mm) | Halo                                    | Halo/esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/esperado<br>(mm) |
| Amicacina            | AMI 30                 | 3332AMI           | <b>24,5</b>                           | 19-26                 | <b>25,0</b>                             | 20-26                 | -                                     | -                     |
| Amox./Ac.Clavulânico | AMC 30 (20/10)         | 3314AMC           | <b>24,0</b>                           | 18-24                 | -                                       | -                     | <b>19,0</b>                           | 17-22                 |
| Ampicilina           | AMP 10                 | 3336AMP           | <b>20,5</b>                           | 15-22                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Aztreonam            | ATM 30                 | 3361ATM           | <b>34,0</b>                           | 28-36                 | <b>28,0</b>                             | 23-29                 | <b>35,0</b>                           | 31-38                 |
| Cefazolina           | CFZ 30                 | 3291CFZ           | <b>26,0</b>                           | 21-27                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Cefepime             | CPM 30                 | 3356CPM           | <b>35,0</b>                           | 31-37                 | <b>30,5</b>                             | 25-31                 | -                                     | -                     |
| Cefoxitina           | CFO 30                 | 3303CFO           | <b>27,0</b>                           | 23-29                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Ceftazidima          | CAZ 30                 | 3281CAZ           | <b>31,0</b>                           | 25-32                 | <b>29,0</b>                             | 22-29                 | -                                     | -                     |
| Ceftriaxona          | CRO 30                 | 3317CRO           | <b>33,5</b>                           | 29-35                 | <b>21,0</b>                             | 17-23                 | -                                     | -                     |
| Ciprofloxacina       | CIP 05                 | 3333CIP           | <b>35,5</b>                           | 29-38                 | <b>32,0</b>                             | 25-33                 | -                                     | -                     |
| Cloranfenicol        | CLO 30                 | 3318CLO           | <b>25,0</b>                           | 21-27                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Gentamicina          | GEN 10                 | 3340GEN           | <b>23,5</b>                           | 19-26                 | <b>21,0</b>                             | 17-23                 | -                                     | -                     |
| Meropenem            | MPM 10                 | 3349MPM           | <b>33,0</b>                           | 28-35                 | <b>32,0</b>                             | 27-33                 | -                                     | -                     |
| Sulfazotrim          | SUT 25 (23,75/1,25)    | 3326SUT           | <b>28,0</b>                           | 23-29                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Tetraciclina         | TET 30                 | 3271TET           | <b>24,0</b>                           | 18-25                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 08 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001