

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 – DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3585AMI	26,0	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3552AMC	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	22,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	34,0	28-36	28,5	23-29	35,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3576CFZ	26,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,5	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3535CAZ	31,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	34,0	29-35	20,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	36,5	29-38	32,5	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3562CLO	25,5	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	27,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3540TET	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 05 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444