

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI10920 FAB. 09/20 VAL. 09/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2885AMI	25,5	19-26	25,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2861AMC	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	22,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2870ATM	35,0	28-36	28,0	23-29	36,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2813CFZ	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2871CPM	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2843CFO	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2790CAZ	31,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2858CRO	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	36,5	29-38	32,5	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2842CLO	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2894GEN	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2865MPM	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2832TET	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 16 de setembro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001