

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)      LOTE PGNDMECLSI10922      FAB. 09/22      VAL. 09/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3090AMI	<b>25,0</b>	19-26	<b>25,5</b>	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3102AMC	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>21,0</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	3075AMP	<b>21,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3088ATM	<b>35,0</b>	28-36	<b>29,0</b>	23-29	<b>35,0</b>	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3108CFZ	<b>26,0</b>	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3110CPM	<b>36,0</b>	31-37	<b>30,5</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3069CFO	<b>27,0</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3080CAZ	<b>31,0</b>	25-32	<b>28,0</b>	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3097CRO	<b>34,0</b>	29-35	<b>22,0</b>	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	<b>37,0</b>	29-38	<b>32,5</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	<b>25,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3121GEN	<b>24,0</b>	19-26	<b>22,0</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3125MPM	<b>33,0</b>	28-35	<b>33,0</b>	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	<b>28,5</b>	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3128TET	<b>24,0</b>	18-25	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referência CLSI.

Araçatuba, 23 de setembro de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001