

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI11025 FAB. 10/25 VAL. 10/26**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3530AMI	25,0	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3489AMC	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3460AMP	20,5	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3501ATM	33,5	28-36	27,0	23-29	35,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3476CFZ	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3471CPM	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	27,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3450CAZ	30,5	25-32	28,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3442CRO	34,5	29-35	21,5	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3484CIP	35,5	29-38	29,5	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3498CLO	24,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3482MPM	33,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3488TET	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referência CLSI 2025.

Araçatuba, 03 de outubro de 2025.



Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601