CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI11125 FAB. 11/25 VAL. 11/26

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3530AMI	**24,5**	19-26	**26,0**	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3489AMC	**24,0**	18-24	**-**	-	**20,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	**21,0**	15-22	**-**	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3501ATM	**33,0**	28-36	**28,0**	23-29	**35,0**	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3476CFZ	**25,5**	21-27	**-**	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3536CPM	**35,0**	31-37	**31,0**	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	**26,0**	23-29	**-**	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3450CAZ	**28,5**	25-32	**27,0**	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3442CRO	**33,5**	29-35	**21,0**	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	**36,5**	29-38	**32,0**	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3498CLO	**24,0**	21-27	**-**	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	**24,5**	19-26	**23,0**	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3522MPM	**33,0**	28-35	**33,0**	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	**28,0**	23-29	**-**	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3488TET	**24,0**	18-25	**-**	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referência CLSI 2025.

Araçatuba, 25 de novembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601