

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN)      LOTE PGNDMECLSI11221      FAB. 12/21      VAL. 12/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2970AMI	<b>25,5</b>	19-26	<b>26,0</b>	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3016AMC	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>21,0</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	3001AMP	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2992ATM	<b>35,0</b>	28-36	<b>28,0</b>	23-29	<b>35,0</b>	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2985CFZ	<b>27,0</b>	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2981CPM	<b>36,0</b>	31-37	<b>30,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3012CFO	<b>28,0</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2999CAZ	<b>32,0</b>	25-32	<b>29,0</b>	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2962CRO	<b>34,0</b>	29-35	<b>22,5</b>	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	<b>36,5</b>	29-38	<b>32,0</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	<b>25,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3022GEN	<b>25,0</b>	19-26	<b>22,5</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2994MPM	<b>33,5</b>	28-35	<b>33,0</b>	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	3015TET	<b>25,0</b>	18-25	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referência CLSI 2021.

Araçatuba, 04 de dezembro de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001