

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 15 – DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDMECLSI20826 FAB. 08/26 VAL. 08/27**

| Antibacteriano                              | Código/<br>Potência<br>µg | Lote<br>Sensidisc | Escherichia coli<br>ATCC 25922<br>(1) |                       | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>ATCC 27853 |                       | Escherichia coli<br>ATCC 35218<br>(2) |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                             |                           |                   | Halo                                  | Halo/esperado<br>(mm) | Halo                                    | Halo/esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/esperado<br>(mm) |
| Amicacina                                   | AMI 30                    | 3585AMI           | <b>25,5</b>                           | 19-26                 | <b>26,0</b>                             | 20-26                 | -                                     | -                     |
| Amox./Ac.Clavulânico                        | AMC 30<br>(20/10)         | 3596AMC           | <b>24,0</b>                           | 18-24                 | -                                       | -                     | <b>20,0</b>                           | 17-22                 |
| Ampicilina                                  | AMP 10                    | 3599AMP           | <b>21,5</b>                           | 15-22                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Aztreonam                                   | ATM 30                    | 3561ATM           | <b>35,0</b>                           | 28-36                 | <b>28,5</b>                             | 23-29                 | <b>35,0</b>                           | 31-38                 |
| Cefazolina                                  | CFZ 30                    | 3576CFZ           | <b>27,0</b>                           | 21-27                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Cefepime                                    | CPM 30                    | 3575CPM           | <b>35,0</b>                           | 31-37                 | <b>30,0</b>                             | 25-31                 | -                                     | -                     |
| Cefoxitina                                  | CFO 30                    | 3550CFO           | <b>28,0</b>                           | 23-29                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Ceftazidima                                 | CAZ 30                    | 3535CAZ           | <b>30,5</b>                           | 25-32                 | <b>29,0</b>                             | 22-29                 | -                                     | -                     |
| Ceftriaxona                                 | CRO 30                    | 3513CRO           | <b>34,0</b>                           | 29-35                 | <b>21,5</b>                             | 17-23                 | -                                     | -                     |
| Ciprofloxacina                              | CIP 05                    | 3584CIP           | <b>37,0</b>                           | 29-38                 | <b>32,0</b>                             | 25-33                 | -                                     | -                     |
| Cloranfenicol                               | CLO 30                    | 3562CLO           | <b>27,0</b>                           | 21-27                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Gentamicina                                 | GEN 10                    | 3592GEN           | <b>24,0</b>                           | 19-26                 | <b>23,0</b>                             | 17-23                 | -                                     | -                     |
| Meropenem                                   | MPM 10                    | 3601MPM           | <b>34,0</b>                           | 28-35                 | <b>33,0</b>                             | 27-33                 | -                                     | -                     |
| Sulfazotrim<br>(Sulfametoxazol/Trimetoprim) | SUT 25<br>(23,75/1,25)    | 3610SUT           | <b>27,0</b>                           | 23-29                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |
| Tetraciclina                                | TET 30                    | 3540TET           | <b>25,0</b>                           | 18-25                 | -                                       | -                     | -                                     | -                     |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 19 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade – DME  
Beatriz A. Santos – CRBM 58444