CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDME10420 FAB. 04/20 VAL. 04/21

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			halo	halo esperado (mm)
Ampicilina	2847AMP	AMP 10	**35,0**	27-35
Azitromicina	2794AZI	AZI 15	**26,0**	21-26
Cefoxitina	2843CFO	CFO 30	**29,0**	23-29
Ciprofloxacina	2850CIP	CIP 05	**29,0**	22-30
Clindamicina	2755CLI	CLI 02	**27,0**	24-30
Cloranfenicol	2842CLO	CLO 30	**25,0**	19-26
Eritromicina	2791ERI	ERI 15	**29,0**	22-30
Gentamicina	2849GEN	GEN 10	**26,5**	19-27
Linezolida	2792LNZ	LNZ 30	**32,0**	25-32
Oxacilina	2776OXA	OXA 01	**24,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	2753PEN	PEN 10	**37,0**	26-37
Rifampicina	2793RIF	RIF 05	**34,0**	26-34
Sulfazotrim	2859SUT	SUT 25	**32,0**	24-32
Tetraciclina	2832TET	TET 30	**29,0**	24-30
Vancomicina	2786VAN	VAN 30	**21,0**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 20 de abril de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983