

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDME10520 FAB. 05/20 VAL. 05/21**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	2847AMP	AMP 10	35,0	27-35
Azitromicina	2794AZI	AZI 15	26,0	21-26
Cefoxitina	2843CFO	CFO 30	29,0	23-29
Ciprofloxacina	2850CIP	CIP 05	28,0	22-30
Clindamicina	2755CLI	CLI 02	27,0	24-30
Cloranfenicol	2842CLO	CLO 30	25,0	19-26
Eritromicina	2791ERI	ERI 15	30,0	22-30
Gentamicina	2849GEN	GEN 10	26,0	19-27
Linezolida	2792LNZ	LNZ 30	31,0	25-32
Oxacilina	2776OXA	OXA 01	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	2866PEN	PEN 10	37,0	26-37
Rifampicina	2793RIF	RIF 05	34,0	26-34
Sulfazotrim	2859SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,0	24-32
Tetraciclina	2832TET	TET 30	29,0	24-30
Vancomicina	2786VAN	VAN 30	21,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 16 de maio de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001