CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10122 FAB. 01/22 VAL. 01/23

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3020AMPE	AMP 02	**19,5**	15-21	**19,5**	15-21
Cefoxitina	3012CFO	CFO 30	**28,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	**27,0**	23-29	**-**	-
Cloranfenicol	2997CLO	CLO 30	**25,0**	20-28	**-**	-
Eritromicina	3004ERI	ERI 15	**29,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	3022GEN	GEN 10	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	3005LEV	LEV 05	**29,0**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	3010LNZE	LNZ 10	**26,5**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	3008NITE	NIT 100	**21,0**	17-23	**23,5**	18-24
Oxacilina	2967OXA	OXA 01	**22,5**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	3021PENE	PEN 01	**16,0**	12-18	**-**	-
Rifampicina	3039RIF	RIF 05	**35,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	3026SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**31,0**	26-32	**30,5**	26-34
Teicoplanina	2974TEC	TEC 30	**-**	-	**21,0**	15-21
Vancomicina	3029VANE	VAN 05	**-**	-	**15,0**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 21 de janeiro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001