

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10126 FAB. 01/26 VAL. 01/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo /esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	19,0	15-21	20,0	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	25,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	28,0	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	28,5	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3481LNZE	27,0	21-27	22,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3511NITE	19,0	17-23	23,0	18-24
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	22,0	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3507PENE	15,5	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	33,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	31,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	30,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 17 de janeiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601