

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10222 FAB. 02/22 VAL. 02/23**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3044AMPE	AMP 02	19,5	15-21	20,5	15-21
Cefoxitina	3012CFO	CFO 30	28,5	24-30	-	-
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	27,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	2997CLO	CLO 30	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	3004ERI	ERI 15	28,0	23-29	-	-
Gentamicina	3022GEN	GEN 10	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	3005LEV	LEV 05	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	3037LNZE	LNZ 10	26,5	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	3055NITE	NIT 100	21,0	17-23	24,0	18-24
Oxacilina	3013OXA	OXA 01	23,0	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	3045PENE	PEN 01	16,5	12-18	-	-
Rifampicina	3039RIF	RIF 05	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	3026SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	32,0	26-32	31,0	26-34
Teicoplanina	3060TEC	TEC 30	-	-	20,5	15-21
Vancomicina	3029VANE	VAN 05	-	-	15,5	10-16

<sup>1</sup> Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 25 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001