

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP)    LOTE PGPDMEBR10224    FAB. 02/24    VAL. 02/25**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3256AMPE	AMP 02	<b>19,0</b>	15-21	<b>20,0</b>	15-21
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	<b>27,0</b>	24-30	-	-
Clindamicina	3284CLI	CLI 02	<b>25,5</b>	23-29	-	-
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	<b>29,0</b>	23-29	-	-
Gentamicina	3310GEN	GEN 10	<b>25,0</b>	19-25	-	-
Levofloxacina	3282LEV	LEV 05	<b>29,0</b>	23-29	<b>24,0</b>	19-25
Linezolid	3224LNZE	LNZ 10	<b>25,0</b>	21-27	<b>23,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	3302NITE	NIT 100	<b>20,0</b>	17-23	<b>24,0</b>	18-24
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	<b>22,0</b>	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	3280PENE	PEN 01	<b>16,0</b>	12-18	-	-
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	<b>34,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	3296SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	<b>32,0</b>	26-32	<b>32,0</b>	26-34
Teicoplanina	3279TEC	TEC 30	-	-	<b>20,0</b>	15-21
Tetraciclina	3187TET	TET 30	<b>29,0</b>	23-31	-	-
Vancomicina	3277VANE	VAN 05	-	-	<b>15,5</b>	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 23 de fevereiro de 2024.

Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610