CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10320 FAB. 03/20 VAL. 03/21

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			halo	halo esperado (mm)	halo	halo esperado (mm)
Ampicilina	2768AMPE	AMP 02	**19,0**	15-21	**21,0**	15-21
Cefoxitina	2843CFO	CFO 30	**28,0**	24-30	-	-
Clindamicina	2755CLI	CLI 02	**28,0**	23-29	-	-
Cloranfenicol	2842CLO	CLO 30	**25,0**	20-28	-	-
Eritromicina	2791ERI	ERI 15	**29,0**	23-29	-	-
Gentamicina	2849GEN	GEN 10	**24,0**	19-25	-	-
Levofloxacina	2820LEV	LEV 05	**28,5**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	2764LNZE	LNZ 10	**26,0**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	2840NITE	NIT 100	**19,5**	17-23	**23,0**	18-24
Oxacilina [1]	2776OXA	OXA 01	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [2]	2823PENE	PEN 01	**17,0**	12-18	-	-
Rifampicina	2793RIF	RIF 05	**34,5**	30-36	-	-
Sulfazotrim	2827SUT	SUT 25	**31,0**	26-32	**31,0**	26-34
Teicoplanina	2805TEC	TEC 30	-	-	**21,0**	15-21
Vancomicina	2767VANE	VAN 05	-	-	**15,5**	10-16

1 Controle de Qualidade para *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 com valor referência de 8-14 mm, valor obtido 12 mm.
2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 11 de março de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001