

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP)    LOTE PGPDMEBR10522    FAB. 05/22    VAL. 05/23**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3079AMPE	AMP 02	<b>20,0</b>	15-21	<b>20,0</b>	15-21
Cefoxitina	3069CFO	CFO 30	<b>28,0</b>	24-30	-	-
Clindamicina	2992CLI	CLI 02	<b>26,0</b>	23-29	-	-
Cloranfenicol	3076CLO	CLO 30	<b>25,0</b>	20-28	-	-
Eritromicina	3054ERI	ERI 15	<b>28,0</b>	23-29	-	-
Gentamicina	3072GEN	GEN 10	<b>25,0</b>	19-25	-	-
Levofloxacina	3067LEV	LEV 05	<b>28,5</b>	23-29	<b>24,0</b>	19-25
Linezolida	3037LNZE	LNZ 10	<b>26,0</b>	21-27	<b>25,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	3055NITE	NIT 100	<b>21,5</b>	17-23	<b>24,0</b>	18-24
Oxacilina	3013OXA	OXA 01	<b>22,5</b>	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	3077PENE	PEN 01	<b>16,0</b>	12-18	-	-
Rifampicina	3082RIF	RIF 05	<b>34,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	3066SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	<b>31,0</b>	26-32	<b>31,0</b>	26-34
Teicoplanina	3060TEC	TEC 30	-	-	<b>21,0</b>	15-21
Vancomicina	3029VANE	VAN 05	-	-	<b>16,0</b>	10-16

<sup>1</sup> Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 25 de maio de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001