CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10624 FAB. 06/24 VAL. 06/25

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3313AMPE	AMP 02	**19,0**	15-21	**21,0**	15-21
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	**26,5**	24-30	**-**	-
Clindamicina	3345CLI	CLI 02	**26,0**	23-29	**-**	-
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	**29,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	3340GEN	GEN 10	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	3344LEV	LEV 05	**29,0**	23-29	**25,0**	19-25
Linezolida	3337LNZE	LNZ 10	**26,0**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	3321NITE	NIT 100	**20,0**	17-23	**24,0**	18-24
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	**21,5**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	3330PENE	PEN 01	**16,0**	12-18	**-**	-
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	**34,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	3326SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**31,0**	26-32	**32,0**	26-34
Teicoplanina	3339TEC	TEC 30	**-**	-	**21,0**	15-21
Tetraciclina	3271TET	TET 30	**29,0**	23-31	**-**	-
Vancomicina	3323VANE	VAN 05	**-**	-	**16,0**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 07 de junho de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001