CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10723 FAB. 07/23 VAL. 07/24

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3202AMPE	AMP 02	**19,5**	15-21	**21,0**	15-21
Cefoxitina	3177CFO	CFO 30	**27,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	3231CLI	CLI 02	**25,0**	23-29	**-**	-
Eritromicina	3152ERI	ERI 15	**29,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	3191GEN	GEN 10	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	3209LEV	LEV 05	**29,0**	23-29	**23,0**	19-25
Linezolida	3224LNZE	LNZ 10	**26,0**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	3199NITE	NIT 100	**20,5**	17-23	**24,0**	18-24
Oxacilina	3174OXA	OXA 01	**21,0**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	3172PENE	PEN 01	**16,0**	12-18	**-**	-
Rifampicina	3164RIF	RIF 05	**34,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	3201SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**31,0**	26-32	**31,5**	26-34
Teicoplanina	3218TEC	TEC 30	**-**	-	**21,0**	15-21
Tetraciclina	3128TET	TET 30	**30,0**	23-31	**-**	-
Vancomicina	3205VANE	VAN 05	**-**	-	**15,0**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 06 de julho de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610