

CERTIFICADO DE ANÁLISE
POLISENSIDISC DME
GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10724 FAB. 07/24 VAL. 07/25

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3313AMPE	AMP 02	17,0	15-21	19,0	15-21
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	3345CLI	CLI 02	24,0	23-29	-	-
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	26,0	23-29	-	-
Gentamicina	3340GEN	GEN 10	24,0	19-25	-	-
Levofloxacina	3344LEV	LEV 05	27,5	23-29	23,0	19-25
Linezolida	3337LNZE	LNZ 10	25,0	21-27	23,0	19-25
Nitrofurantoína	3358NITE	NIT 100	20,0	17-23	24,0	18-24
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	19,5	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3330PENE	PEN 01	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	33,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	3326SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	29,0	26-32	30,5	26-34
Teicoplanina	3339TEC	TEC 30	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	3271TET	TET 30	27,0	23-31	-	-
Vancomicina	3323VANE	VAN 05	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 04 de julho de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Eudorides Pacheco Junior - CRF-SP 5983