

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP)    LOTE PGPDMEBR10820    FAB. 08/20    VAL. 08/21**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			halo	halo esperado (mm)	halo	halo esperado (mm)
Ampicilina	2876AMPE	AMP 02	<b>20,0</b>	15-21	<b>21,0</b>	15-21
Cefoxitina	2843CFO	CFO 30	<b>29,0</b>	24-30	-	-
Clindamicina	2851CLI	CLI 02	<b>28,0</b>	23-29	-	-
Cloranfenicol	2842CLO	CLO 30	<b>25,5</b>	20-28	-	-
Eritromicina	2791ERI	ERI 15	<b>29,0</b>	23-29	-	-
Gentamicina	2849GEN	GEN 10	<b>25,0</b>	19-25	-	-
Levofloxacina	2868LEV	LEV 05	<b>29,0</b>	23-29	<b>23,0</b>	19-25
Linezolida	2764LNZE	LNZ 10	<b>27,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	2869NITE	NIT 100	<b>21,0</b>	17-23	<b>23,5</b>	18-24
Oxacilina <sup>1</sup>	2776OXA	OXA 01	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>2</sup>	2823PENE	PEN 01	<b>18,0</b>	12-18	-	-
Rifampicina	2856RIF	RIF 05	<b>34,5</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	2859SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	<b>32,0</b>	26-32	<b>31,5</b>	26-34
Teicoplanina	2881TEC	TEC 30	-	-	<b>21,0</b>	15-21
Vancomicina	2886VANE	VAN 05	-	-	<b>16,0</b>	10-16

1 Controle de Qualidade para *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 com valor referência de 8-14 mm, valor obtido 12 mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 11 de agosto de 2020.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001