CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10821 FAB. 08/21 VAL. 08/22

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	2918AMPE	AMP 02	**19,0**	15-21	**19,5**	15-21
Cefoxitina	2922CFO	CFO 30	**28,0**	24-30	-	-
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	**27,0**	23-29	-	-
Cloranfenicol	2923CLO	CLO 30	**25,0**	20-28	-	-
Eritromicina	2897ERI	ERI 15	**28,0**	23-29	-	-
Gentamicina	2964GEN	GEN 10	**25,0**	19-25	-	-
Levofloxacina	2939LEV	LEV 05	**28,0**	23-29	**23,0**	19-25
Linezolida	2947LNZE	LNZ 10	**26,0**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	2945NITE	NIT 100	**20,0**	17-23	**24,0**	18-24
Oxacilina	2967OXA	OXA 01	**22,5**	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	2916PENE	PEN 01	**16,0**	12-18	-	-
Rifampicina	2976RIF	RIF 05	**34,0**	30-36	-	-
Sulfazotrim	2971SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**31,0**	26-32	**31,0**	26-34
Teicoplanina	2974TEC	TEC 30	-	-	**19,5**	15-21
Vancomicina	2983VANE	VAN 05	-	-	**15,0**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 24 de agosto de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001