

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10823 FAB. 08/23 VAL. 08/24**


Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3202AMPE	AMP 02	19,0	15-21	20,5	15-21
Cefoxitina	3177CFO	CFO 30	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	3231CLI	CLI 02	25,0	23-29	-	-
Eritromicina	3152ERI	ERI 15	28,0	23-29	-	-
Gentamicina	3250GEN	GEN 10	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	3209LEV	LEV 05	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	3224LNZE	LNZ 10	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	3249NITE	NIT 100	21,0	17-23	24,0	18-24
Oxacilina	3174OXA	OXA 01	20,0	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3246PENE	PEN 01	17,0	12-18	-	-
Rifampicina	3164RIF	RIF 05	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	3242SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,5	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	3218TEC	TEC 30	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	3187TET	TET 30	28,0	23-31	-	-
Vancomicina	3205VANE	VAN 05	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 03 de agosto de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610