CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10825 FAB. 08/25 VAL. 08/26

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo /esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	**19,0**	15-21	**19,5**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	**26,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	CLI 02	3448CLI	**25,0**	23-29	**-**	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	**28,5**	23-29	**-**	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	LEV 05	3464LEV	**28,5**	23-29	**21,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3481LNZE	**25,5**	21-27	**22,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3474NITE	**20,0**	17-23	**23,0**	18-24
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	**21,5**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3469PENE	**15,0**	12-18	**-**	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	**33,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3456SUT	**31,5**	26-32	**31,0**	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3465TEC	**-**	-	**20,0**	15-21
Tetraciclina	TET 30	3488TET	**29,5**	23-31	**-**	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	**-**	-	**14,5**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 30 de agosto de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601