

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 – DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo /esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	20,0	15-21	20,0	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	28,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	27,0	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	28,5	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	21,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	26,5	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	20,5	17-23	23,0	18-24
Oxacilina	OXA 01	3554OXA	22,5	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3598PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	29,0	26-32	30,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	31,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	-	-	14,0	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 21 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444