CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10921 FAB. 09/21 VAL. 09/22

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	2918AMPE	AMP 02	**20,5**	15-21	**21,0**	15-21
Cefoxitina	2922CFO	CFO 30	**29,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	**27,0**	23-29	**-**	-
Cloranfenicol	2997CLO	CLO 30	**27,0**	20-28	**-**	-
Eritromicina	3004ERI	ERI 15	**29,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	2964GEN	GEN 10	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	3005LEV	LEV 05	**29,0**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	3010LNZE	LNZ 10	**27,0**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	2945NITE	NIT 100	**22,0**	17-23	**24,0**	18-24
Oxacilina	2967OXA	OXA 01	**24,0**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	2916PENE	PEN 01	**16,5**	12-18	**-**	-
Rifampicina	2976RIF	RIF 05	**36,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	2971SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**32,0**	26-32	**31,0**	26-34
Teicoplanina	2974TEC	TEC 30	**-**	-	**21,0**	15-21
Vancomicina	2983VANE	VAN 05	**-**	-	**15,5**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 21 de setembro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001