CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 – DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo /esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3629AMPE	**19,5**	15-21	**20,0**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3620CFO	**27,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	CLI 02	3594CLI	**25,5**	23-29	**-**	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	**28,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	**24,5**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	**29,0**	23-29	**23,5**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3614LNZE	**26,5**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	**20,5**	17-23	**24,0**	18-24
Oxacilina	OXA 01	3613OXA	**21,5**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3598PENE	**15,5**	12-18	**-**	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	**34,5**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	**28,0**	26-32	**29,0**	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	**-**	-	**21,0**	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**30,0**	23-31	**-**	-
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	**-**	-	**15,0**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.

- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 10 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444