

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR11121 FAB. 11/21 VAL. 11/22**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	2918AMPE	AMP 02	18,5	15-21	19,5	15-21
Cefoxitina	2922CFO	CFO 30	28,5	24-30	-	-
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	26,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	2997CLO	CLO 30	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	3004ERI	ERI 15	27,5	23-29	-	-
Gentamicina	2964GEN	GEN 10	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	3005LEV	LEV 05	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	3010LNZE	LNZ 10	25,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	2945NITE	NIT 100	20,5	17-23	24,0	18-24
Oxacilina	2967OXA	OXA 01	21,5	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	2916PENE	PEN 01	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	2976RIF	RIF 05	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	2971SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,0	26-32	31,0	26-34
Teicoplanina	2974TEC	TEC 30	-	-	21,0	15-21
Vancomicina	2983VANE	VAN 05	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 04 de dezembro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001