

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR11123 FAB. 11/23 VAL. 11/24**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3256AMPE	AMP 02	19,0	15-21	20,0	15-21
Cefoxitina	3177CFO	CFO 30	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	3284CLI	CLI 02	26,0	23-29	-	-
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	29,0	23-29	-	-
Gentamicina	3250GEN	GEN 10	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	3282LEV	LEV 05	29,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	3224LNZE	LNZ 10	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	3249NITE	NIT 100	20,5	17-23	24,0	18-24
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	22,0	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3246PENE	PEN 01	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	3242SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	32,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	3279TEC	TEC 30	-	-	20,0	15-21
Tetraciclina	3187TET	TET 30	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	3277VANE	VAN 05	-	-	15,5	10-16

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 08 de novembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610