CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR20426 FAB. 04/26 VAL. 04/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo /esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	**18,5**	15-21	**20,0**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	**25,5**	24-30	**-**	-
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	**26,0**	23-29	**-**	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	**28,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	**24,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	**29,0**	23-29	**22,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	**25,0**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	**19,5**	17-23	**23,0**	18-24
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	**21,0**	19-25	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3558PENE	**14,5**	12-18	**-**	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	**33,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	**32,0**	26-32	**32,5**	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	**-**	-	**20,5**	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**29,0**	23-31	**-**	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	**-**	-	**15,0**	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 23 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601