

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR20523 FAB. 05/23 VAL. 05/24**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo esperado (mm)	Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3202AMPE	AMP 02	20,0	15-21	19,5	15-21
Cefoxitina	3177CFO	CFO 30	28,0	24-30	-	-
Clindamicina	3158CLI	CLI 02	26,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	3139CLO	CLO 30	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	3152ERI	ERI 15	28,0	23-29	-	-
Gentamicina	3191GEN	GEN 10	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	3209LEV	LEV 05	28,5	23-29	23,0	19-25
Linezolida	3183LNZE	LNZ 10	27,0	21-27	23,5	19-25
Nitrofurantoína	3199NITE	NIT 100	21,0	17-23	23,5	18-24
Oxacilina	3174OXA	OXA 01	21,5	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3172PENE	PEN 01	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	3164RIF	RIF 05	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	3201SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,0	26-32	31,5	26-34
Teicoplanina	3218TEC	TEC 30	-	-	20,0	15-21
Vancomicina	3157VANE	VAN 05	-	-	15,0	10-16

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 29 de maio de 2023.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610