CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10126 FAB. 01/26 VAL. 01/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	**34,0**	27-35
Azitromicina	AZI 15	3560AZI	**25,5**	21-26
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	**26,0**	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	**28,0**	22-30
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	**26,0**	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3498CLO	**24,5**	19-26
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	**29,0**	22-30
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	**27,0**	19-27
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	**29,0**	24-30
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	**22,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 10	3503PEN	**34,5**	26-37
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	**34,0**	26-34
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	**31,0**	24-32
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**29,0**	24-30
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	**21,0**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências CLSI 2025.

Araçatuba, 16 de janeiro de 2026

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601