CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10222 FAB. 02/22 VAL. 02/23

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3040AMP	AMP 10	**34,0**	27-35
Azitromicina	2956AZI	AZI 15	**26,0**	21-26
Cefoxitina	3012CFO	CFO 30	**28,0**	23-29
Ciprofloxacina	3041CIP	CIP 05	**28,0**	22-30
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	**26,5**	24-30
Cloranfenicol	2997CLO	CLO 30	**26,0**	19-26
Eritromicina	3004ERI	ERI 15	**28,0**	22-30
Gentamicina	3022GEN	GEN 10	**26,0**	19-27
Linezolida	3047LNZ	LNZ 30	**30,5**	25-32
Oxacilina	2967OXA	OXA 01	**23,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	2958PEN	PEN 10	**34,0**	26-37
Rifampicina	3039RIF	RIF 05	**34,0**	26-34
Sulfazotrim	3026SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**31,0**	24-32
Tetraciclina	3015TET	TET 30	**29,0**	24-30
Vancomicina	2986VAN	VAN 30	**20,5**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 12 de fevereiro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001