# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC DME

**GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10324 FAB. 03/24 VAL. 03/25**

| Antibacteriano | Lote Sensidisc | Código/ Potência µg | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo esperado (mm) |
| Ampicilina | 3272AMP | AMP 10 | **34,0** | 27-35 |
| Azitromicina | 3227AZI | AZI 15 | **25,0** | 21-26 |
| Cefoxitina | 3303CFO | CFO 30 | **27,0** | 23-29 |
| Ciprofloxacina | 3293CIP | CIP 05 | **28,0** | 22-30 |
| Clindamicina | 3284CLI | CLI 02 | **26,0** | 24-30 |
| Cloranfenicol | 3234CLO | CLO 30 | **26,0** | 19-26 |
| Eritromicina | 3254ERI | ERI 15 | **29,0** | 22-30 |
| Gentamicina | 3310GEN | GEN 10 | **27,0** | 19-27 |
| Linezolida | 3262LNZ | LNZ 30 | **28,0** | 25-32 |
| Oxacilina | 3270OXA | OXA 01 | **22,5** | 18-24 |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) [1] | 3288PEN | PEN 10 | **36,0** | 26-37 |
| Rifampicina | 3278RIF | RIF 05 | **34,0** | 26-34 |
| Sulfazotrim | 3296SUT | SUT 25 (23,75/1,25) | **32,0** | 24-32 |
| Tetraciclina | 3271TET | TET 30 | **29,0** | 24-30 |
| Vancomicina | 3267VAN | VAN 30 | **20,0** | 17-21 |

**1** Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**
**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 06 de março de 2024.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610