

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10424 FAB. 04/24 VAL. 04/25**


Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3272AMP	AMP 10	34,0	27-35
Azitromicina	3227AZI	AZI 15	24,0	21-26
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	27,0	23-29
Ciprofloxacina	3293CIP	CIP 05	27,0	22-30
Clindamicina	3284CLI	CLI 02	25,0	24-30
Cloranfenicol	3234CLO	CLO 30	25,0	19-26
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	28,0	22-30
Gentamicina	3310GEN	GEN 10	27,0	19-27
Linezolida	3262LNZ	LNZ 30	28,0	25-32
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	22,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3288PEN	PEN 10	35,0	26-37
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	33,0	26-34
Sulfazotrim	3296SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,5	24-32
Tetraciclina	3271TET	TET 30	29,0	24-30
Vancomicina	3267VAN	VAN 30	20,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 06 de abril de 2024.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610